



## ПРОТОКОЛ

### НА КОМИСИЯТА ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за избор на изпълнител на обществена поръчка за

**„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.”**

#### Заседание № 1

Днес, 12.06.2019 год., в изпълнение на Решение № 7/03.05.2019 г. и Заповед № 325/12.06.2019 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, Комисията по откритата процедура, в състав:

#### Председател:

1. д-р Дикран Дахлиян- лекар, Отделение „Образна диагностика”

#### Членове:

2. Делян Милчев- медицински физик
3. Юлиана Късова- главен счетоводител
4. д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- адвокат
5. Севелина Бурани – зам.изпълнителен директор/АСБ

се събра в 09<sup>00</sup> часа в сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД за провеждане на първо заседание по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка.

На заседанието присъстват всички членове на комисията. Съгласно изискванията на чл.103 от ЗОП кворумът и квалификацията на комисията по процедурата са налице. Попълнени и подписани са декларациите, изисквани по чл.51, ал.8 от ППЗОП.

На заседанието присъстват следните представители на участниците:  
Светлана Мирчева Винцянова-Георгиева

I. В срока определен за представяне на предложенията за участие в процедурата са постъпили следните предложения:

№ 1. „Сименс Хелткеър „ЕООД – Вх.№ 1/ 10.06.2019г.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените офертни документи и спазване условията по процедурата /Приложение №1/.

II. След като комисията установи, че попълнените образци на ЕЕДОП отговарят на изискванията на закона и условията на Възложителя, се пристъпи към разглеждане на техническите предложения, като Комисията констатира следното:

№ 1. „Сименс Хелткеър „ЕООД – представеното техническо предложение отговаря изцяло на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

Предвид това, че „**Сименс Хелткеър** „ЕООД е единствен участник в настоящата процедура, същият получава максимален брой точки по изискващите се технически показатели- 40 т. /Приложение №2/.

**III. Комисията допуска до разглеждане на ценовите оферти следните участници:**

**№ 1. „Сименс Хелткеър „ЕООД**

Комисията насрочва следващо публично заседание за **25.06.2019г. от 09:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД , за **отваряне на ценовите предложения** на допуснатите участници.

Л

**Председател:**

1. д-р Дикран Дахлиян- лекар, Отделение „Образна диагностика”

**Членове:**

2. Делян Милчев- медицински физик

3.Юлияна Късова-главен счетоводител

4.д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- адвокат

5. Севелина Бурани – зам.изпълнителен директор/АСБ

Дата на изготвяне: 12.06.2019 г.

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

	<b>Съдържание</b>	<b>Сименс Хелткеър ЕООД</b>
•	Опис на документите, съдържащи се в офертата	да
•	Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)	да
•	Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка;	да
•	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка	неприложимо
•	Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	да
<b>Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника</b>		
•	Техническо предложение <i>по Образец № 1;</i>	да
•	Техническа оферта в табличен вид / по образец/	да
•	Каталог/брошура за предлаганата апаратура	да
•	Документ в оригинал или нотариално заверено копие от производителя , или от негов официален представител за България, удостоверяващ правото му за продажба на територията на Република България. Това може да бъде договор, оторизационно писмо или друг еквивалентен документ.	да
•	Ценово предложение - <i>по Приложение № 2</i>	да

Приложение № 2

Наименование и минимални технически изисквания	Техническо предложение на участника	Технически показатели /К2/
АПАРАТУРА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА	SOMATOM go.Up	SOMATOM go.Up Datashet for 64-slice configuration <i>syngo</i> CT VA20
<b>1. Генри:</b>		
1.3. Фокус-детекторно разстояние – не повече от 105 см.;	Фокус-детекторно разстояние – 98,3 см.	10т.
<b>3. Рентгенов излъчвател:</b>		
3.1. Двухочусна рентгенова тръба с размер (площ) на фокусите, съгласно IEC 60336:2005):  а) малък фокус – не по-голям от 0,7 mm <sup>2</sup>	Двухочусна рентгенова тръба с размер (площ) на фокусите, съгласно IEC 60336:2005)  а) малък фокус – 0,32 mm <sup>2</sup> (0,8 x 0,4 mm)	10т.
<b>6. Параметри на сканиране и реконструкция:</b>		
6.3. Минимална дебелина на реконструираниите срезове при спирална аквизиция – не повече от 0,8 mm;	Минимална дебелина на реконструираниите срезове при спирална аквизиция – 0,6 mm	10т.
6.4. Време за непрекъснато спиралното сканиране – не по-малко от 100 sec.;	Време за непрекъснато спиралното сканиране – 300 sec.	10т.