



## ПРОТОКОЛ

### НА КОМИСИЯТА ПО ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка за

„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за  
нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД ”

#### Заседание № 1

Днес, 14.11.2019 год., в изпълнение на Решение № 18/07.10.2019 г. и Заповед № 579/14.11.2019 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, Комисията по откритата процедура, в състав:

#### Председател:

1. д-р Ангелина Ангелова – Началник Отделение „Диализно лечение“

#### Членове:

2. Инж. Георги Балинов - инженер

3. Юлия Кисъова- старша мед. сестра Отделение „Диализно лечение“

4. Севелина Бурани – финансов контролор

5. Нина Георгиева- главна мед. сестра

6. д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- юрист

7. Юлияна Късова-гл. счетоводител

се събра в 09<sup>00</sup> часа в сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД за провеждане на първо заседание по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка.

На заседанието присъстват всички членове на комисията. Съгласно изискванията на чл.103 от ЗОП кворумът и квалификацията на комисията по процедурата са налице. Попълнени и подписани са декларациите, изисквани по чл.51, ал.8 от ППЗОП.

На заседанието не присъстват представители на участниците.

В срока определен за представяне на предложенията за участие в процедурата са постъпили следните предложения:

№1. „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД– Вх.№ 1/ 06.11.2019г.

№2. „Сани Мед“ ЕООД– Вх.№ 2/ 06.11.2019г.

№3. „Медирен“ ЕООД – Вх.№ 3/12.11.2019г.

№4. „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД– Вх.№ 4/ 12.11.2019г.

№5. „Софарма Трейдинг“ АД– Вх.№ 5/ 13.11.2019г.

№6. „Етропал Трейд“ ЕООД- Вх.№ 6/13.11.2019г.

№7. „Марвена Диагностика“ ЕООД- Вх.№ 7/13.11.2019г.

№8. „Б.Браун Медикал“ ЕООД-Вх.№ 8/13.11.2019г.

№ 9. „Капамед“ ЕООД – Вх.№ 9/ 13.11.2019г.

№ 10. „Лаб Диагностика“ ООД – Вх.№ 10/ 13.11.2019г.

№ 11. „Хелмед България“ ЕООД – Вх.№ 11/ 13.11.2019г.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените офертни документи и спазване условията по процедурата /Приложение №1/.

**II.** След като комисията установи редовността на внесените офертни документи в съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, се пристъпи към разглеждане на техническите предложения, като Комисията констатира следното:

**№1. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД**– представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№2. „Сани Мед” ЕООД**– представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№3. „Медирен” ЕООД** – по отношение на Група № 6 представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 4 - няма инструкция за работа на български език .

По отношение на Група № 5 - предоставената мостра е без инфузионна система; дължина на помпен сегмент е 260 мм, а по спецификация е заложено от 380 мм. до 390 мм.

По отношение на Група № 10 - участникът не е представил проспектни и/или каталожни материали, или други релевантни материали , удостоверяващи съответствие с изискванията на възложителя.

**№4. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД**– представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№5. „Софарма Трейдинг” АД**– представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№6. „Етропал Трейд” ЕООД**– представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№7. „Марвена Диагностика” ЕООД**– представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 4 - в офертата е посочено стерилизация с пара, като по спецификация трябва да бъде – гама лъчи, поток от неутрони. Диализаторите имат по-ниски клирънсови in-vitro характеристики при поток от 300мл/ м., както и по-нисък коефициент на ултрафилтрация мл/час/ мм Hg от зададените в медико-техническата спецификация. Няма инструкция за работа на български език, само листовка на бълг език за технически параметри на диализаторите .

По отношение на Група № 5 - предоставената мостра е без инфузионна система; дължина на помпен сегмент е 350 мм, а по спецификация е заложено от 380 мм. до 390 мм.

**№8. „Б.Браун Медикал” ЕООД**– представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№ 9. „Капамед” ЕООД** – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№ 10. „Лаб Диагностика” ООД** – по отношение на Група № 3 и 4 представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 5 - представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя- няма инфузионна система , дължина помпен сегмент- 350 мм., а по техническа спецификация трябва да бъде от 380 мм. до 390 мм.;

**№ 11. „Хелмед България” ЕООД** – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**III.** На основание чл.107, т.2 „а” от ЗОП , Комисията предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата следните участници:

**№1. „ Медирен” ЕООД** – по отношение на Група № 4 и 5 представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 4 - няма инструкция за работа на български език .

По отношение на Група № 5 - предоставената мостра е без инфузионна система; дължина на помпен сегмент е 260 мм, а по спецификация е заложено от 380 мм. до 390 мм.

По отношение на Група № 10 - участникът не е представил проспектни и/или каталожни материали, или други релевантни материали , удостоверяващи съответствие с изискванията на възложителя.

**№2. "Марвена Диагностика" ЕООД** – представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 4 - в офертата е посочено стерилизация с пара, като по спецификация трябва да бъде – гама лъчи, поток от неутрони. Диализаторите имат по-ниски клирънсови in-vitro характеристики при поток от 300мл/ м., както и по-нисък коефициент на ултрафилтрация мл/час/ мм Hg от зададените в медико-техническата спецификация. Няма инструкция за работа на български език, само листовка на бълг език за технически параметри на диализаторите .

По отношение на Група № 5 - предоставената мостра е без инфузионна система; дължина на помпен сегмент е 350 мм, а по спецификация е заложено от 380 мм. до 390 мм.

**№ 3."Лаб Диагностика" ООД** – по отношение на Група № 5 представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 5 - няма инфузионна система , дължина помпен сегмент- 350 мм., а по техническа спецификация трябва да бъде от 380 мм. до 390 мм.;

#### **IV. Комисията допуска до разглеждане на ценовите оферти следните участници:**

- №1. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
- №2. „Сани Мед” ЕООД
- №3. „ Медирен” ЕООД – за Група № 6
- №4. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД
- №5. „Софарма Трейдинг” АД
- №6. „Етропал Трейд” ЕООД
- №7. „Б.Браун Медикал” ЕООД
- № 8. „Капамед” ЕООД
- № 9. „Лаб Диагностика” ООД –за Група № 3 и 4
- № 10. „Хелмед България” ЕООД

**V.** На основание чл.110, ал.1 , т.1 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата по отношение на Група № 7, поради липса на подадени оферти.

Комисията насрочва следващо публично заседание за **29.11.2019г. от 09:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД , за **отваряне на ценовите предложения** на допуснатите участници.



#### **Председател:**

1. д-р Ангелина Ангелова –Началник Отделение „Диализно лечение”

#### **Членове:**

2. Инж. Георги Балинов – инженер

3. Юлия Кисьова- старша мед. сестра Отделение „Диализно лечение”

4. Севелина Бурани – финансов контролор

5. Нина Георгиева- главна мед. сестра

6. д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- юрист

7. Юлияна Късова-гл. счетоводител

Дата на изготвяне: 26.11.2019г.

