



ПРОТОКОЛ

НА КОМИСИЯТА ПО ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка за

„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.”

Заседание № 1

Днес, 19.12.2019 год., в изпълнение на Решение № 19/08.10.2019 г. и Заповед № 636/19.12.2019 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, Комисията в състав:

Председател:

1. д-р Василка Симеонова- лекар, Началник Отделение „Образна диагностика”

Членове:

2. д-р Дикран Дахлиян- лекар, Отделение „Образна диагностика”
3. Делян Милчев- медицински физик
4. Роза Кирилова –старши лаборант Отделение „Образна диагностика”
5. Юлияна Късова-главен счетоводител
6. д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- адвокат
7. Севелина Бурани – финансов контролър

се събра в 09⁰⁰ часа в сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД за провеждане на първо заседание по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка.

На заседанието присъстват всички членове на комисията. Съгласно изискванията на чл.103 от ЗОП кворумът и квалификацията на комисията по процедурата са налице. Попълнени и подписани са декларациите, изисквани по чл.51, ал.8 от ППЗОП.

На заседанието не присъстват представители на участниците:

І. В срока определен за представяне на предложенията за участие в процедурата са постъпили следните предложения:

№ 1. „Диagonal „ООД – Вх.№ 1/ 10.12.2019г.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените офертни документи и спазване условията по процедурата /Приложение №1/.

ІІ. След като комисията установи, че попълнените образци на ЕЕДОП отговарят на изискванията на закона и условията на Възложителя, се пристъпи към разглеждане на техническите предложения, като Комисията констатира следното:

№ 1. „Диagonal „ООД – представеното техническо предложение отговаря изцяло на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

Предвид това, че „Диagonal „ООД е единствен участник в настоящата процедура, същият получава максимален брой точки по изискващите се технически показатели- 30 т. /Приложение №2/.

III. Комисията допуска до разглеждане на ценовите оферти следните участници:

№ 1. „Диагонал „ООД

Комисията насрочва следващо публично заседание за **09.01.2020г. от 09:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД , за **отваряне на ценовите предложения** на допуснатите участници.

Председател:

1. д-р Василка Симеонова- лекар, Началник Отделение „Образна диагностика”

Членове:

2. д-р Дикран Дахлиян- лекар, Отделение „Образна диагностика”

3. Делян Милчев- медицински физик

4. Роза Кирилова –старши лаборант Отделение „Образна диагностика”

5. Юлияна Късова-главен счетоводител

6. д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- адвокат

7. Севелина Бурани – финансов контролър

Дата на изготвяне: 06.01.2019 г.

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

	Участник	<i>Диagonal OOD</i>
	Съдържание	
•	Опис на документите, съдържащи се в офертата	да
•	Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП)	да
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника		
•	Техническо предложение <i>по Образец № 1;</i>	да
•	Техническа оферта в табличен вид / по образец/	да
•	Проспектни и/или каталожни материали, или други релевантни материали, удостоверяващи съответствие с изискванията на възложителя.	да
•	Документ в оригинал или нотариално заверено копие от производителя, или от негов официален представител за България, удостоверяващ правото му за продажба на територията на Република България. Това може да бъде договор, оторизационно писмо или друг еквивалентен документ.	да
•	Ценово предложение - <i>по Приложение № 2</i>	да

Приложение № 2

Наименование и минимални технически изисквания	Техническо предложение на участника	Технически показатели /К2/
<p>АПАРАТУРА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА</p>	<p>UNIVERSAL X PLUS ADVANCED</p>	
<p>Подпоказател К2.1 - Тегло на първообразмерния дигитален плосък панел</p> <p>За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с тегло от 3,4кг до 2,9 кг включително, участниците получават 1 т.;</p> <p>За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с тегло от <math>\leq 2,8</math> кг, участниците получават 10 т.;</p>	<p>2.3 кг.</p>	<p>10т.</p>
<p>Подпоказател К2.2 - Товарносимост на дигиталния плосък панел</p> <p>За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с товарносимост от 150 кг до 299 кг включително, участниците получават 1 т.;</p>	<p>310 кг.</p>	<p>10т.</p>
<p>За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с товарносимост ≥ 300 кг включително, участниците получават 10 т.;</p>		
<p>Подпоказател К2.3 - Клас на защита на детектора - IPX6 или по-висока</p> <p>За предложения включващи „IPX6 или по-висок“ участниците получават 10 т.;</p>	<p>IPX7</p>	<p>10т.</p>