



РЕШЕНИЕ
№ 1/09.01.2020 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.22, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол №1 /19.12.2020г., Протокол № 2/09.01.2020г. на комисия, назначена със Заповед № 636/19.12.2020 год. за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”

РЕШИХ:

I.Обявявам резултатите от проведената обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”, както следва:

1.,,Диagonal „ООД – комплексна оценка на участника- 100 точки, от които:

- Показател (К1)- Предложена цена без ДДС – 70 точки- 274 990.00 лв. без ДДС.
- Показател (К2) - Технически показатели – 30 точки

Наименование и минимални технически изисквания	Техническо предложение на участника	Технически показатели /К2/
АПАРАТУРА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА	UNIVERSAL X PLUS ADVANCED	
Подпоказател К2.1 - Тегло на пълноразмерния дигитален плосък панел	2.3 кг.	10т.
За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с тегло от 3.4кг до 2,9 кг включително, участниците получават 1т.;		
За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с тегло от \leq 2,8 кг, участниците получават 10 т.;		
Подпоказател К2.2 - Товароносимост на дигиталния плосък панел	310 кг.	10т.
За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с товароносимост от 150 кг до 299 кг включително, участниците получават 1т.;		
За предложения включващи „Дигитален плосък панел“ с товароносимост \geq 300 кг включително, участниците получават 10 т.;		

Подпоказател К2.3 - Клас на защита на детектора - IPX6 или по-висока	IPX7	10т.
За предложения включващи „IPX6 или по-висок“ участниците получават 10 т.;		

II. Настоящото Решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата и всички членове на комисията.

III. Настоящото Решение за класиране подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.199, ал.1 от ЗОП, в сроковете посочени в чл.197 от ЗОП.

IV. Връзка в електронната преписка в Профил на купувача: <http://zop.svetanavarna.com/Procurement.aspx?id=5157&type=6>

Изп.диг

Съгласувал:
адв.д-р Олга

.....
тров/