



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.АННА-ВАРНА” АД
гр. Варна 9000, бул. “Цар Освободител” 100, телефон: 052 648 257, факс: 052 648 241
www.svetaanna-varna.com

До участниците в процедура по реда на ЗОП с предмет: „ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Относно: постъпило запитване на 13.06.2016г.

Въпрос: В Раздел Изисквания за изпълнение на услугите за апаратите за образна диагностика, профилактичният преглед включва: „Проверка на всички функции, свързани с произвеждане и използване на йонизиращо лъчение (флуороскопия, експонация, кинография, рентгенов колиматор, полета на ЕОП, автоматично управление на дозата, автоматично управление на яркостта на образа, ръчен експонационен бутон, крачни педали за управление на рентгеновия генератор); Проверка на моторизираните и ръчно управляеми движения на арка и пациентна маса;”, но за Обособена позиция №4, номенклатура 1 – Компютърен томограф Somatom Emotion 16 тези условия не са валидни поради спецификата и функционалността на апарата. Моля за разяснения, може ли да се счита , че тези изисквания са неприложими за посочената позиция и номенклатура.

Отговор: Да, участниците следва да имат предвид, че горепосочените условия не важат за Обособена позиция №4, номенклатура.

С уважение,
Изп. директор
/д-р Гален Шиваров

