



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.АННА-ВАРНА" АД
гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 100, телефон: 052 648 257, факс: 052 648 241
www.svetaanna-varna.com

До всички участници в процедура по ЗОП с предмет: „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”

Относно: искане за разяснение

Въпрос: По отношение на Обособена позиция №1-Група №1- атравматичен шевен материал, приемат ли се минимални отклонения в размера на иглата и дължина на конеца, съобразно международната практика.

Отговор: По отношение на Обособена позиция №2- група №1 – ще се приеме отклонение от $\pm 1\text{mm}$ за иглата и $\pm 5\text{cm}$ за конец.

Въпрос: Според документацията и изискванията на Възложителя не се приема повторение на каталожни номера. В предоставената спецификация по Обособена позиция №1-Група №1 – атравматичен материал намираме повторения.

Отговор: В Обособена позиция №2- група №1 при „РЕЗОРБИРУЕМ, ОПЛЕТЕН, С ПОКРИТИЕ”, №66 и №67 се повтарят, което е техническа грешка. Участникът следва да оферира само една от двете номенклатури.

Въпрос: Относно изискването за предоставяне на мостри за Обособена позиция №2- Група №1- атравматичен шевен материал се изисква да се предостави: „един брой мостра само за една номенклатура от групата, но само в случаите, в които всички номенклатури от групата са на един и същ производител.”

Означава ли това, че ако се участва с един производител , би следвало да се представи един брой мостра?

Отговор: Участникът следва да представи само по една мостра от вид шевен материал в случай , че разликата с останалите е само в размера/дебелина, дължина/ и са на един и същ производител.

С уважение,

.....

