



РЕШЕНИЕ

№ 14/23.10.2017 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.22, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол №1/03.10.2017г. и Протокол №2/20.10.2017г. на комисия, назначена със Заповед № 483/20.10.2017 год. за провеждане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

РЕШИХ:

I. Обявявам резултатите от проведената обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД” както следва: съгласно Приложение №1

II. На основание чл.107, т.2 „а” от ЗОП , отстранявам от по-нататъшно участие в процедурата по Вариант №2 „Химтекс”ООД поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

При разглеждане на документите по техническото предложение на участника, представени за Вариант № 2, бяха констатирани несъответствия за следните позиции:

№/ Наименование/ Изисквания по задание	Предложение на фирмата
2.24. Автоматична ланцета - обезопасена, с острие 17 G, дълбочина на проникване 2,0 мм	Фирма Хехт кат.номер 40365
2.25. Автоматична ланцета - обезопасена, с острие 23 G, дълбочина на проникване 1,8 мм	Фирма Хехт кат.номер 40365

При справка с предоставения каталог беше установено, че фирмата –доставчик не доставя убождащи устройства с G17 и G23, а съответно G18 и G21/G26, което не отговаря на заложените от Възложителя критерии.

Не е установено и наличие на официална каталожна страница за педиатрични микроепруветки в документация на фирма “Нормакс” във връзка с позиция:

2.22.	Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за серум с гел за определяне на неонатален билирубин до 200 мкл
-------	--

По правило, микроепруветката за билирубин трябва да е изработена от затъмнен материал (да не е прозрачна). От представената фотография на фирма”Химтекс”, се вижда, че гореспоменатият артикул е прозрачен.

При извършена справка във виртуалния каталог на фирма "Нормакс", не е открит продукт с каталожен номер 66577195 и визуално микротейнерите от онлайн страницата не изглеждат като представения за участие в търга.

В официалната си интернет страница, фирма "Нормакс" няма в онлайн каталога си микротейнер за билирубин.

III. На основание чл.110,ал.1, т.1 от ЗОП, прекратявам процедурата по отношение на Вариант № 15, поради липса на подадени оферти.

IV. Настоящото Решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата и всички членове на комисията.

V. Настоящото Решение за класиране подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.199, ал.1 от ЗОП, в сроковете посочени в чл.197 от ЗОП..

VI. Връзка в електронната преписка в Профил на купувача: <http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5116&type=6>

Изп.директор:
/д-р Красимир Петров/



Светлана Петрова
Красимир Петров