



## ПРОТОКОЛ

### НА КОМИСИЯТА ПО ПРОЦЕДУРА

за избор на изпълнител на обществена поръчка за

**„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”**

#### Заседание № 1

Днес, 29.11.2018 год., в изпълнение на Решение № 26/06.11.2018 г. и Заповед № 620/29.11.2018 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, Комисията по процедура, в състав:

**Председател:**

1. инж.Георги Балинов - инженер

**Членове:**

2. д-р Ангелина Ангелова –Началник Отделение „Диализно лечение”

3.Юлия Кисъова- старша мед.сестра Отделение „Диализно лечение”

4.Севелина Бурани – зам.изпълнителен директор/АСБ

5.Нина Георгиева- главна мед. сестра

6.д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- юрист

7.Юлияна Късова-главен счетоводител

се събра в 09<sup>00</sup> часа в сградата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД за провеждане на първо заседание по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка.

На заседанието присъстват всички членове на комисията. Съгласно изискванията на чл.103 от ЗОП кворумът и квалификацията на комисията по процедурата са налице. Попълнени и подписани са декларациите, изисквани по чл.51, ал.8 от ППЗОП.

На заседанието присъстват следните представители на участниците:

Иван Димитров- „Медикосервиз” ООД

I.В срока определен за представяне на предложенията за участие в процедурата са постъпили следните предложения:

№1. „Марвена Диагностика” ЕООД– Вх.№ 1/ 27.11.2018г.

№2. „Соломед” ЕООД– Вх.№ 2/ 28.11.2018г.

№3. „Медикосервиз” ООД– Вх.№ 3/ 28.11.2018г.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените офертни документи и спазване условията по процедурата /Приложение №1/.

II. След като комисията установи, че попълнените образци на БЕДОП отговарят на изискванията на закона и условията на Възложителя, се пристъпи към разглеждане на техническите предложения, като Комисията констатира следното:

№1. „Марвена Диагностика” ЕООД – представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ**

| №  | Технически изисквания на Възложителя                                  | Конкретни технически характеристики на предлаганата от участника медицинска апаратура                         | Забележки  |
|----|---|---|--|
| 19 | Да притежава контрол на натрия в плазмата.                            | Контрол на натрия в плазмата.Ръководство на оператора-стр.А128.Декларация на производител                     | Участникът е посочил наличие на съответствие с това изискване, но в предоставения официален материал за доказване на съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на натрия в диализната течност, което е заложено изискване в т.1 от спецификацията, а не е в съответствие с изискване на т.19 за контрол на натрия в плазмата. |
| 22 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част.               | Централизирано блокиране на ходовата част.Ръководство на оператора стр.А21-А 22 , Декларация на производителя | От предоставените доказателства се установява, че предлаганият апарат не разполага с централна спиратка на ходовата част, като от приложения материал става ясно, че се касае за отделни спиратки на всяко от колелата.  |
| 23 | Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. | Блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор   | Участникът не е предоставил данни в потвърждение на  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | <p>.Каталог 1/ стр 2.Декларация на производител .</p> <p>Преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.Ръководство на оператора стр.А64.А68,А114. Декларация на производител</p> | <p>изискването в цитираното ръководство. Липсата е видна и от приложената снимка на апарата. В представените от участника доказателства липсват данни в потвърждение за възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия</p> <p>Участникът не е предоставил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.</p> |
| 25 | Да може да преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. |   |  |
| 29 | Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.                    | Програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. Каталог 1/ стр3.Декларация на производител.   |  |

Част от техническото предложение на участника е Оторизационно писмо, с което „Бакстер България” ЕООД оторизира „Марвена Диагностика „ ЕООД да участва в настоящата процедура. Доказателства, че „Бакстер България” ЕООД е оторизирана от Baxter Healthcare Corporation , а те от своя страна от Gambro Lundia не са налице.

№2. „Соломед” ЕООД – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

№3. „Медикосервиз” ООД – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

III. На основание чл.107, т.2 „а” от ЗОП , Комисията предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата следните участници:

1. „Марвена Диагностика” ЕООД – представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

IV. Комисията допуска до разглеждане на ценовите оферти следните участници:

№1. „Соломед” ЕООД- за Обособена позиция № 1

№2. „Медикосервиз” ООД – за Обособена позиция № 2

Комисията насрочва следващо публично заседание за **13.12.2018г. от 14:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД , за **отваряне на ценовите предложения** на допуснатите участници.

**Председател:**

1. инж.Георги Балинов – инженер

**Членове:**

2. д-р Ангелина Ангелова –Началник Отделение „Диализно лечение”

3.Юлия Кисьова- старша мед.сестра Отделение „Диализно лечение”

4.Севелина Бурани – зам.изпълнителен директор/АСБ

5.Нина Георгиева- главна мед. Сестра

6.д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- юрист

7.Юлияна Късова-главен счетоводител

Дата на изготвяне: 07.12.2018г.

|  | 1       | 2       | 3            |
|--|---------|---------|--------------|
| ОП   | 1       | 1       | 2            |
| УЧАСТНИК   | Марвена | Соломед | Медикосервиз |
| <b>НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ</b>  |         |         |              |
| Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  | да      | да      | да           |
| Оферта – по Образец № 1;   | да      | да      | да           |
| Техническо предложение по <i>Образец № 2</i> ;   | да      | да      | да           |
| Проектни и/или каталожни материали, или други релевантни материали, удостоверяващи съответствие с изискванията на възложителя.   | да      | да      | да           |
| Документ в оригинал или нотариално заверено копие от производителя, или от негов официален представител за България, удостоверяващ правото му за продажба на територията на Република България. Това може да бъде договор, оторизационно писмо или друг еквивалентен документ. | да      | да      | да           |
| Ценово предложение - по <i>Образец №4</i> ;  | да      | да      | да           |