



РЕШЕНИЕ

№ 31/13.12.2018 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.22, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол №1/29.11.2018г., Протокол №2/13.12.2018г., на комисия, назначена със Заповед № 620/29.12.2018 год. за провеждане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

РЕШИХ:

I.Обявявам резултатите от проведената обществена поръчка с предмет:, „ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”, както следва:

1.За Обособена позиция № 1- „Соломед” ЕООД-18 550 лв. без ДДС за 1 бр.мед.апаратура, съответно 74 200 лв. без ДДС за 4 бр. апарати за хемодиализа;

2.За Обособена позиция № 2-„Медикосервиз” ООД- 24 690 лв. без ДДС

II.На основание чл.107, т.2 „а” от ЗОП , отстранявам от участие в процедурата следните участници:

1.„Марвена Диагностика” ЕООД – представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ

№	Технически изисквания на Възложителя	Конкретни технически характеристики на предлаганата от участника медицинска апаратура	Забележки
19	Да притежава контрол на натрия в плазмата.	Контрол на натрия в плазмата.Ръководство на оператора-стр.А128.Декларация на производител	Участникът е посочил наличие на съответствие с това изискване, но в предоставения официален материал за доказване на съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на

			натрия в диализната течност, което е заложено изискване в т.1 от спецификацията, а не е в съответствие с изискване на т.19 за контрол на натрия в плазмата.
22	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част.	Централизирано блокиране на ходовата част.Ръководство на оператора стр.А21-А 22 , Декларация на производителя	От предоставените доказателства се установява, че предлаганият апарат не разполага с централна спирачка на ходовата част, като от приложения материал става ясно, че се касае за отделни спирачки на всяко от колелата.
23	Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.	Блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор .Каталог 1/ стр 2.Декларация на производител .	Участникът не е предоставил данни в потвърждение на изискването в цитираното ръководство. Липсата е видна и от приложената снимка на апарата.
25	Да може да преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.	Преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.Ръководство на оператора стр.А64.А68,А114. Декларация на производител	В представените от участника доказателства липсват данни в потвърждение за възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия
29	Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.	Програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. Каталог 1/ стр3.Декларация на производител.	Участникът не е предоставил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за

			почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.
--	--	--	---

Част от техническото предложение на участника е Оторизационно писмо, с което „Бакстер България“ ЕООД оторизира „Марвена Диагностика „ ЕООД да участва в настоящата процедура. Доказателства, че „Бакстер България“ ЕООД е оторизирана от Baxter Healthcare Corporation, а те от своя страна от Gambro Lundia не са налице.

III. Настоящото Решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата и всички членове на комисията.

IV. Настоящото Решение за класиране подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.199, ал.1 от ЗОП, в сроковете посочени в чл.197 от ЗОП.

V. Връзка в електронната преписка в Профил на купувача: <http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5140&type=6>

Изп. директ
/д-р I

Съгласува
/адв.д-р Ол