



Утвърди  
Д-р К  
Изп.д

## ДОКЛАД

### НА КОМИСИЯТА ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за избор на изпълнител на обществена поръчка за

**„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”**

Днес, 13.12.2018 год., в изпълнение на Решение № 26/06.11.2018 г. и Заповед № 620/29.11.2018 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, Комисията по процедура, в състав:

**Председател:**

1. инж.Георги Балинов - инженер

**Членове:**

2. д-р Ангелина Ангелова –Началник Отделение „Диализно лечение”

3.Юлия Кисьова- старша мед.сестра Отделение „Диализно лечение”

4.Севелина Бурани – зам.изпълнителен директор/АСБ

5.Нина Георгиева- главна мед. сестра

6.д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- юрист

7.Юлияна Късова-главен счетоводител

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП уведомява Възложителя за работата си както следва:

**I.В срока определен за представяне на предложенията за участие в процедурата са постъпили следните предложения:**

№1. „Марвена Диагностика” ЕООД– Вх.№ 1/ 27.11.2018г.

№2. „Соломед” ЕООД– Вх.№ 2/ 28.11.2018г.

№3. „Медикосервиз” ООД– Вх.№ 3/ 28.11.2018г.

**II.** След като комисията установи, че попълнените образци на ЕЕДОП отговарят на изискванията на закона и условията на Възложителя, се пристъпи към разглеждане на техническите предложения, като Комисията констатира следното:

**№1. „Марвена Диагностика” ЕООД** – представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ**

№	Технически изисквания на Възложителя	Конкретни технически характеристики на предлаганата от участника медицинска апаратура	Забележки
19	Да притежава контрол на натрия в плазмата.	Контрол на натрия в плазмата.Ръководство на оператора-стр.А128.Декларация на производител	Участникът е посочил наличие на съответствие с това изискване, но в предоставения официален материал за доказване на съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на натрия в диализната течност, което е заложено изискване в т.1 от спецификацията, а не е в съответствие с изискване на т.19 за контрол на натрия в плазмата.
22	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част.	Централизирано блокиране на ходовата част.Ръководство на оператора стр.А21-А 22 , Декларация на производителя	От предоставените доказателства се установява, че предлаганият апарат не разполага с централна спирачка на ходовата част, като от приложения материал става ясно, че се касае за отделни спирачки на всяко от колелата.
23	Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.	Блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор .Каталог 1/ стр 2.Декларация на производител .	Участникът не е предоставил данни в потвърждение на изискването в цитираното ръководство. Липсата е видна и

25	Да може да преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.	Преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.Ръководство на оператора стр.А64.А68,А114. Декларация на производител	от приложената снимка на апарата. В представените от участника доказателства липсват данни в потвърждение за възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия
29	Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.	Програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. Каталог 1/ стр3.Декларация на производител.	Участникът не е предоставил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.

Част от техническото предложение на участника е Оторизационно писмо, с което „Бакстер България” ЕООД оторизира „Марвена Диагностика „ ЕООД да участва в настоящата процедура. Доказателства, че „Бакстер България” ЕООД е оторизирана от Baxter Healthcare Corporation , а те от своя страна от Gambro Lundia не са налице.

**№2. „Соломед” ЕООД** – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**№3. „Медикосервиз” ООД** – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**III.** На основание чл.107, т.2 „а” от ЗОП , Комисията предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата следните участници:

**1.„Марвена Диагностика” ЕООД** – представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

**IV.** Комисията допуска до разглеждане на ценовите оферти следните участници:

**№1. „Соломед” ЕООД- за Обособена позиция № 1**

**№2. „Медикосервиз” ООД – за Обособена позиция № 2**

**V.** След като отвори финансовите предложения, комисията констатира следното:

**№1. „Соломед” ЕООД- за Обособена позиция № 1-** отговаря на всички изисквания на ЗОП и на конкурсната документация.

**№2. „Медикосервиз” ООД – за Обособена позиция № 2-** отговаря на всички изисквания на ЗОП и на конкурсната документация.

**VI.** Съгласно условията на процедурата, критерият за оценка на предложенията е предложената „най-ниска цена“ . Вследствие направените констатации по допустимост за

класиране на ценовите предложения на участниците, комисията предлага на Възложителя да сключи договори за обществена поръчка с участниците, класиран на първо място :

**1. За Обособена позиция № 1- „Соломед” ЕООД-18 550 лв. без ДДС за 1 бр. мед. апаратура, съответно 74 200 лв. без ДДС за 4 бр. апарати за хемодиализа;**

**2. За Обособена позиция № 2-„Медикосервиз” ООД- 24 690 лв. без ДДС**

Приложение:

1. Протокол №1/29.11.2018г.

2. Протокол №2/13.12.2018г.

**Председател:**

1. инж. Георги Балинов – инженер

**Членове:**

2. д-р Ангелина Ангелова – Началник Отделение „Диализно лечение

3. Юлия Кисъова- старша мед. сестра Отделение „Диализно лечение

4. Севелина Буруни – зам. изпълнителен директор/АСБ

5. Нина Георгиева- главна мед. сестра

6. д-р Олга Томова- Куцарова, д.п.- юрист

7. Юлияна Късова- главен счетоводител

.....<sup>u</sup>.....<sub>NY</sub>.....

Дата на изготвяне: 13.12.2018г.