



Разяснение на основание чл.33 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД.”

**Въпрос № 1:** В „Проекта на договора” от документацията за участие, са заложили следните изисквания:

Съгласно „ чл.4, ал. (4.3) Сроктът за монтаж и въвеждане в действие на Медицинската апаратура е 7 (седем) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i). ”

Съгласно „чл.5, ал. (5.2.1)Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в действие на Медицинската апаратура в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). ”

Моля да поясните, какъв следва да бъде срокът за монтаж и въвеждане в действие на медицинската апаратура, имайки предвид разминаването на изискванията в чл.4, ал.4.3 и чл.5, ал.5.2.1.?

**Отговор № 1:** При изготвяне на Проекта на договор , в чл.5, ал.5.2.1 е била допусната техническа грешка при посочване на срока монтаж и въвеждане в действие на Медицинската апаратура.

Да се чете: „чл.5, ал. (5.2.1)Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в действие на Медицинската апаратура в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). ”

**Въпрос № 2:** Относно т.10.3 от техническата спецификация: „Самостоятелната работна станция да е подходяща за едновременна работа на не по-малко двама специалиста;”

Моля да потвърдите, че цитираното в т.10.3 изискване, което описва възможност за едновременна работа на не по-малко от двама специалисти, има предвид две самостоятелни работни места / т.нар.”клиенти”/, включващи съответното софтуерно осигуряване – софтуерни лицензи.

**Отговор № 2:** Изискването посочено в т.10.3 от техническата спецификация , има предвид именно възможност за едновременна работа на не по-малко от двама специалисти, респективно две самостоятелни работни места.

**Въпрос № 3:** В обявлението и документацията за участие на цитираната процедура няма изискване към участниците да изготвят и предоставят проекти, необходими за подготовка на помещенията предназначени за монтаж на компютърния томограф.

В тази връзка, моля да разясните изисква ли се от участниците да оферират изготвянето на инвестиционен проект за подготовка на помещенията за монтаж на компютърния томограф по части: технологична, електротехнологична и лъчезащита?

**Отговор № 3:** От участниците **не се изисква** да оферират изготвянето на инвестиционен проект за подготовка на помещенията за монтаж на компютърния томограф по части: технологична, електротехнологична и лъчезащита.

30.05.2019г.

С уважение,  
Изм.директор:  
/д-р Красимир Петров/

