



**РЕШЕНИЕ**  
№ 12/25.06.2019 г.

**За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка**

На основание чл.22, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол №1 /12.06.2019г., Протокол № 2/25.06.2019г. на комисия, назначена със Заповед № 325/12.06.2019 год. за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”

**РЕШИХ:**

I.Обявявам резултатите от проведената обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”, както следва:

1.,Сименс Хелткеър „ЕООД – комплексна оценка на участника- 100 точки, от които:

- Показател (К1)- Предложена цена без ДДС – 60 точки- 523 900.00 лв. без ДДС.
- Показател (К2) - Технически показатели – 40 точки


<b>1. Гентри:</b>		
1.3. Фокус-детекторно разстояние – не повече от 105 см.;	Фокус-детекторно разстояние – 98,3 см.	10т.
<b>3. Рентгенов излъчвател:</b>		
3.1. Двухочусна рентгенова тръба с размер (площ) на фокусите, съгласно IЕС 60336:2005):	Двухочусна рентгенова тръба с размер (площ) на фокусите, съгласно IЕС 60336:2005)	
а) малък фокус – не по-голям от 0,7 mm <sup>2</sup>	а) малък фокус – 0,32 mm <sup>2</sup> (0,8 x 0,4 mm)	10т.
<b>6. Параметри на сканиране и реконструкция:</b>		
6.3. Минимална дебелина на реконструираниите срезове при спирална аквизиция – не повече от 0,8 mm;	Минимална дебелина на реконструираниите срезове при спирална аквизиция – 0,6 mm	10т.
6.4. Време за непрекъснато спиралното сканиране – не по-малко от 100 sec.;	Време за непрекъснато спиралното сканиране – 300 sec.	10т.

II. Настоящото Решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата и всички членове на комисията.

III. Настоящото Решение за класиране подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.199, ал.1 от ЗОП, в сроковете посочени в чл.197 от ЗОП.

IV. Връзка в електронната преписка в Профил на купувача <http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5149&type=5>

адв.д-р Олга Томова-Кучарова, д-р



етров/