



## РЕШЕНИЕ

№ 25/29.11.2019 г.

**За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка**

На основание чл.22, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол №1/14.11.2019г. и Протокол №2/29.11.2019г. , на комисия, назначена със Заповед № 579/14.11.2019 год. за провеждане на обществена поръчка с предмет: „ **Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД** ”

### РЕШИХ:

**I. Обявявам резултатите от проведената обществена поръчка с предмет:, „ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”, както следва: съгласно Приложение №1**

**II.** На основание чл.107, т.2 „а” от ЗОП , отстранявам от участие в процедурата следните участници:

**№1. „ Медирен” ЕООД** – по отношение на Група № 4 и 5 представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 4 - няма инструкция за работа на български език .

По отношение на Група № 5 - предоставената мостра е без инфузионна система; дължина на помпен сегмент е 260 мм, а по спецификация е заложено от 380 мм. до 390 мм.

По отношение на Група № 10 - участникът не е представил проспектни и/или каталожни материали, или други релевантни материали , удостоверяващи съответствие с изискванията на възложителя.

**№2. ”Марвена Диагностика”ЕООД**– представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 4 - в офертата е посочено стерилизация с пара, като по спецификация трябва да бъде – гама лъчи, поток от неутрони. Диализаторите имат по- ниски клирънсови in-vitro характеристики при поток от 300мл/ м., както и по- нисък коефициент на ултрафилтрация мл/час/ мм Hg от зададените в медико-техническата спецификация. Няма инструкция за работа на български език, само листовка на бълг език за технически параметри на диализаторите .

По отношение на Група № 5 - предоставената мостра е без инфузионна система; дължина на помпен сегмент е 350 мм, а по спецификация е заложено от 380 мм. до 390 мм.

**№ 3.”Лаб Диагностика” ООД** – по отношение на Група № 5 представеното техническо предложение **не отговаря** на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

По отношение на Група № 5 - - няма инфузионна система , дължина помпен сегмент- 350 мм., а по техническа спецификация трябва да бъде от 380 мм. до 390 мм.;

**III.** На основание чл.110,ал.1 , т.1 от ЗОП, прекратявам процедурата по отношение на Група №7, поради липса на подадени оферти.

**IV.** Настоящото Решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата и всички членове на комисията.

**V.** Настоящото Решение за класиране подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.199, ал.1 от ЗОП, в сроковете посочени в чл.197 от ЗОП.

VI. Връзка с електронната преписка в Профил на купувача: <http://zop.svetaanna-varna.com/Procurement.aspx?id=5156&type=5>

Изп.д  
/,

Съглас  
Д-р (