МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.АННА-ВАРНА" АД
гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 100, телефон: 052 648 257, факс: 052 648 241
www.svetaanna-varna.com

П Р О Т О К О Л

НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЯВА:

„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна"АД"

Днес 14.07.2017 г. в изпълнение на Заповед № 355/14.07.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна"АД, комисията по процедурата, в състав:

Председател:
1. д-р Василка Симеонова- лекар, началник „Образна диагностика"
Членове:
2.Мирена Симеонова- старша мед сестра Отделение „Неонатология"
3. Нина Георгиева – глава медицинска сестра
4. д-р Олга Томова-Куцарова, дп- юрист
5.Юлияна Късова-главен счетоводител

се събра в 09.00 часа в Заседателна зала на МБАЛ «Света Анна-Варна»АД за провеждане на обществена поръчка с обява с предмет: **„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна"АД"**

На заседанието присъстват следните представители на участниците:
Горица Атанасова Жечева-Митева „Илан Медицинска Апаратура" ООД
Иван Апостолов Димитров- „Медикосервиз" ООД

Председателят информира членовете на комисията за постъпилите оферти, а именно:

№ 1: „Дрегер Медикал България" ЕООД , вх.№ 1/11.07.2017г.

№ 2: „Инфомед" ЕООД , вх.№ 2/11.07.2017г.

№ 3: „Илан Медицинска Апаратура" ООД , вх.№ 3/13.07.2017г.

№ 4: „Медикосервиз" ООД , вх.№ 4/13.07.2017г.

Всички офертни документи са представени в непрозрачни опаковки, запечатани и с ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани.

Пристъпи се към отваряне на офертните документи и проверка за тяхната комплектност, съгласно Условията за участие.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените офертни документи от всеки участник -**Приложение №1**:

I. След като комисията установи, че внесените офертни документи отговарят на изискванията на закона и условията на Възложителя, се пристъпи към разглеждане на техническите предложения, като Комисията констатира следното:

№1. „Дрегер Медикал България" ЕООД – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

№2. „Инфомед" ЕООД – представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

№3. „Илан Медицинска Апаратура" ООД – представеното техническо предложение **не** отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

Технически характеристики	**Предложения на участника**
Максимална скорост на анализ при спектрален доплер не по-малко от 40 KHz	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация , каталог или сайт на производителя https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение – възможност за надграждане Триплекс режим (2D /Цвят / Пулсов доплер), Квадриплекс режим: (2D / Цвят /Пулсов доплер // М /Цвят едновременно) Мултидирекционален М-режим с най-малко 3 симултантни плана в реално време	В публикуваните данни не личи наличност на функция Мултидирекционален М-режим с най-малко 3 симултантни плана в реално време изобразяване за модел MyLab 7. Показаната функция „ Compass M-mode" позволява само 2 плана. (https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Сива скала - 4000 или повече нива	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация, каталог или сайт на производителя https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Да е възможна корекция на образа спрямо скоростта на ултразвука в изследваната тъкан с над 20 нива на действие.	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация, каталог. Такива данни отсъстват и в сайт на производителя (http://sonomedica.bg/service/vpan.php) (http://www.umiultrasound.com/ultrasound-machine/esaote/mylab-seven, https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Да е възможно изобразяване едновременно на образ с нормална и образ с намалена скорост в реално време	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация, каталог. Такива данни отсъстват и в сайт на производителя (http://sonomedica.bg/service/vpan.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1) (http://www.umiultrasound.com/ultrasound-machine/esaote/mylab-seven,
Функция томографско изобразяване чрез продължително сканиране вкл в режим цветен доплер – да е възможно надграждане.	Публикуваните дани в сайта на производителя не показват наличие на такава функция в съчетание с цветен доплер (http://sonomedica.bg/service/vpan.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1) (http://www.umiultrasound.com/ultrasound-

	machine/esaote/mylab-seven, https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
3D изобразяване, приложимо при работа с предложените трансдюсери – абдоминален, линеарен - да е възможно надграждане което да включва задължително:	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването – „ 3D изобразяване, приложимо при работа с предложените трансдюсери" в приложена спецификация, каталог или сайт на производителя (http://sonomedica.bg/service/3d_4d_mode.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1) (http://www.umiultrasound.com/ultrasound-machine/esaote/mylab-seven, https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1) Налична е функция 4D със специализирани обемни трансдюсери която не се изисква.
Анализ на 3D образ - многопланови изображения в 3 равнини със свободно преместване на всеки план	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация, каталог или сайт на производителя (http://www.umiultrasound.com/ultrasound-machine/esaote/mylab-seven, https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1) Налична е функция 4D със специализирани обемни трансдюсери която не се изисква.
4 изборни работни честоти за всеки от режимите на работа - 2Д и цветен доплер 4 изборни работни честоти за PW доплер	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация или каталог, както и в сайта на производителя (http://sonomedica.bg/service/qas.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Избираеми от оператора минимум 4 работни честоти за хармонично тъканно сканиране	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация или каталог, както и в сайта на производителя (http://sonomedica.bg/service/qas.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
диагностиката на коремни органи, съдове, повърхностни стр-ри, стави (ъгъл на тазобедрена става). Да е възможно надграждане със специализирани васкуларни софтуери и анализи – автоматично изчисление на арт.комплайънс,интензитет на вълната, аугментационен индекс, локално изчислена скорост на пулсовата вълна.	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация или каталог, както и в сайта на производителя за наличие на функция позволяваща изчисление на посочените съдови показатели (http://sonomedica.bg/service/qas.php) (https://www.esaote.com/ultrasound/ultraso

	und-systems/p/mylab-seven/#_t_1) (http://www.umiultrasound.com/ultrasound-machine/esaote/mylab-seven,
LCD Touch (сензорен) панел за контрол на работните менюта и измервания с размер над 25 см.	Публикуваните данни сочат по-малък от изисквания размер – 8,4 инча (19,5 см) (https://www.umiultrasound.com/ultrasound-machine/esaote/mylab-seven)
Да е възможно създаване в софтуера на апарата и следване на протокол при извършване на изследванията	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация или каталог, както и в сайта на производителя (http://sonomedica.bg/service/qas.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Кино памет с максимален обем над 15 000 образа	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация или каталог, както и в сайта на производителя (http://sonomedica.bg/service/qas.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Архив на статични и динамични изображения във формат позволяващ последващ анализ на образите Да е възможен запис на клип с продължителност над 4 минути при специализирани изследвания	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация или каталог, както и в сайта на производителя (http://sonomedica.bg/service/qas.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)
Възможност за експорт на учебни файлове за ползване пред аудитория - образи с автоматично заличени данни за пациента	Не са посочени данни, които да съответстват на изискването в приложена спецификация или каталог, както и в сайта на производителя (http://sonomedica.bg/service/qas.php) https://www.esaote.com/ultrasound/ultrasound-systems/p/mylab-seven/#_t_1)

№4. „Медикосервиз" ООД – представеното техническо предложение **не** отговаря на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на закона.

Участникът е декларирал в *Предложение за изпълнение на поръчката- Образец №15*, че не отговаря за част от параметрите, заложени в техническата спецификация.

В резултат на извършеното, Комисията единодушно

РЕШИ:

I. Класира оферициращите участници за изпълнение на обществена поръчка с обява с предмет: **„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна"АД"**, както следва:

По Обособена позиция № 2:

А/ На първо място – „Дрегер Медикал България" ЕООД – 19 040.00 лв. без ДДС .

По Обособена позиция № 4:

А/ На първо място – „Инфомед" ЕООД – 46 550.00 лв. без ДДС .

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет : **„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна"АД"**, с участниците класирани на първо място.

II.На основание чл.107, т.2 „а" от ЗОП , Комисията отстранява от по-нататъшно участие в процедурата **„Медикосервиз" ООД и „Илан Медицинска Апаратура" ООД** поради това, че участниците са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.97, ал.4 ППЗОП, настоящия протокол да се предаде на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

1. д-р Василка Симеонова- лекар, началник „Образна диагностика"
   .....

Членове:

2.Мирена Симеонова- старша мед сестра Отделение „Неонатология"
.....
3.Нина Георгиева – глава медицинска сестра
.....
4. д-р Олга Томова-Куцарова, дп- юрист
.....
5.Юлияна Късова-главен счетоводител
.....

Дата на изготвяне: 09.11.2017г.

Утвърдил:

.....
Д-р Красимир Петров
Изп.директор

Опис на представените документи

№	Описание на документа	Дрегер Медикал	Инфомед	Илан Медицинска Апаратура	Медикосервиз
1.	**Опис** на представените документи - образец №1;	да	да	да	да
2.	**Информация за участника** - образец №2;	да	да	да	да
3.	**Документ за упълномощаване**, в приложимите случаи	да	да	да	да
4.	При участници обединения - **документ**, удостоверяващ правното основание за създаване на обединението, в приложимите случаи	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
5.	**Декларация** за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП - образец №3;	да	да	да	да
6.	**Декларация** за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП - образец №4;	да	да	да	да
7.	**Документи** за доказване на предприетите мерки за надежност, в приложимите случаи;	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
8.	**Декларация** за използване капацитета на трети лица - образец №5;	да	да	да	да
9.	**Декларация** за използване на подизпълнители - образец №6;	да	да	да	да
10.	**Декларация** за поемане на задължения от трето лице/ подизпълнител - образец №7;	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
11.	**Декларация** за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП за трето лице/ подизпълнител - образец №8;	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
12.	**Декларация** за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП за трето лице/ подизпълнител - образец №9;	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
13.	**Декларация за** съответствие с критерия за упражняване на професионална дейност - образец №10;	да	да	да	да
14.	**Декларация-списък** на техническите лица - образец №11;	да	да	да	да
15.	**Декларация-списък** на техническите лица за трето лице/ подизпълнител - образец №12;	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
16.	**Предложение** за изпълнение на поръчката - образец №13;	да	да	да	да
17.	**Каталози**/ проспекти/ брошури/ декларации за съответствие .....;	да	да	да	да
18.	**Декларация** за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец №14;	да	да	да	да
19.	**Декларация** за срока на валидност на офертата - образец №15;	да	да	да	да
20.	**Декларация** за липса на свързаност с друг участник - образец №16;	да	да	да	да
21.	**Ценово предложение** - образец №17	да	да	да	да
22.	**Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС** - образец №18.	да	да	да	да